

Fetal El Doppler

Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
		Adı Soyadı	Arş. Gör. Güleser ADA
Markası/ modeli		Telefon	0 (378) 501 10 00/5360
Demirbaş sicil no	253.3.5.14-1		
Cihaz durumu/ adedi	Aktif/1		
Bulunduğu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Gebe Sınıfı	E posta	gada@bartin.edu.tr
Cihaza Ait Fotoğraflar			
Teknik Özellikler			
<ul style="list-style-type: none">Elde taşınabilir kompakt ve hafif dizayn edilmiş, gerçek zamanlı fetal nabız algılayabilme, arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran yüksek hassasiyet 2 mhz lik ultrason probuna sahip pil şarj göstergeli olmalıdır.			