

## Tartı

<b>Cihaz Özellikleri</b>		<b>Cihaz Sorumlusu</b>	
		<b>Adı Soyadı</b>	Arş. Gör. Güleser ADA
<b>Markası/ modeli</b>		<b>Telefon</b>	0 (378) 501 10 00/5360
<b>Demirbaş sicil no</b>			
<b>Cihaz durumu/ adedi</b>	Aktif/1		
<b>Bulunduğu Laboratuvar</b>	Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Gebe Sınıfı	<b>E posta</b>	gada@bartin.edu.tr
<b>Cihaza Ait Fotoğraflar</b>			
<b>Teknik Özellikler</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tartının ölçüm kapasitesi en az 200 kg olmalı.</li><li>• Tartı 50 gr (<math>\pm 10</math> gr) hassasiyetle tartım yapabilmeli</li><li>• Hem elektrik (220 V/AC) hem pil (6x1.5 V/DC) ile çalışabilmelidir. Tartı aleti ile birlikte cihazın orijinal adaptörü verilmeli. Piller alkalimli olmalı.</li><li>• Kg biriminde ölçüm yapabilmeli.</li><li>• Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine kapatma özelliği olmalıdır.</li><li>• Ekrandaki değerleri sabitleme ve dara alma özelliği olmalıdır.</li><li>• Tartı aletinin ekranı cihaza monte edilmiş olmalı, kolayca çıkmamalı.</li><li>• Cihazın kolay hareket etmesine olanak veren ve bir yerden başka bir yere taşınmasını kolaylaştıran tekerlekli sisteme sahip olmalıdır.</li></ul>			