

HASTA BAŐI KOMİDİNİ

Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası/ Modeli	NITROCARE	Adı Soyadı	Dr.Öğr.Üyesi Emine ÜSTÜN GÖKÇE
Demirbaş Sicil No	255.1.5/21/4544 255.1.5/21/4545	Telefon	(0378) 223 53 85
Cihaz Durumu/ Adedi	Aktif/ 1	e-posta	eustun@bartin.edu.tr
Bulunduđu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Simülasyon Laboratuvarı		

Cihaza Ait Resimler



Teknik Özellikler

- ✓ Hastane şartlarına uygundur.
- ✓ Kolay temizlenebilmekte, alev iletmeyen ABS plastik üst tabla mevcuttur.
- ✓ Sıvı dökülmesine karşı yükseltilmiş tabla mevcuttur.
- ✓ PVC (membran) kapak bulunmaktadır.
- ✓ Şase bağlantısını destekleyen alüminyum sütunlar bulunmaktadır.
- ✓ Kolay temizlenebilir ve çıkarılabilen ABS plastik çekmeceler bulunmaktadır.
- ✓ Eşya koymak için ara bölme bulunmaktadır.
- ✓ Çinko fosfat kaplı elektrostatik epoksi polyester toz boyalı metal aksam mevcuttur.
- ✓ Hasta karyolası ile uyumludur.
- ✓ 18 mm suntalam kasa mevcuttur.
- ✓ Hareket ettirilebilir raylı çekmece bulunmaktadır.
- ✓ 360° dönebilir, çapraz kilitlenebilir tekerler mevcuttur.