

İNFÜZYON POMPASI

Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası/ Modeli	WIT-601A	Adı Soyadı	Dr.Öğr.Üyesi Emine ÜSTÜN GÖKÇE
Demirbaş Sicil No	253.3.5/23/3978	Telefon	(378) 223 53 85
Cihaz Durumu/ Adedi	Aktif/ 1	e-posta	eustun@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi /Simülasyon Laboratuvarı		

Cihaza Ait Resimler



Teknik Özellikler

- ✓ Açık sistem tüm universal setlerle kullanılabilir. değerleri kolay ayarlanabilen digital klavye ve güvenli menü işlemi mevcuttur.
- ✓ İnfüzyon modları: hız modu; damlama modu; zaman modu; sıralı programlama modu; kilo /doz modu bulunmaktadır.
- ✓ Standart sapma hatta değerleri: maksimum $\pm 5\%$, akış hızı: 0,1~1200ml/saat (20 d/ml iv set) / 1~150ml/saat(60 d/ml iv set) aralığındadır.
- ✓ Hava kabarcığı, kapı açık, tamamlandı, durduruldu, zaman aşımı, boş, sızıntı, pil zarar görmüş, motor kontrol, tanımlanmamış infüzyon seti, damla sensörü hatası, ısıtıcı hatası, üst yol tıkanıklık, alt yol tıkanıklık, bağlantı hatasını içeren alarm bulunmaktadır.
- ✓ Yetkisiz müdahaleye karşı otomatik kilit bulunmaktadır.
- ✓ Programlanabilir infüzyon ayarı bulunur.
- ✓ 100 adet ilaç tanımlanabilir.
- ✓ 7 saate kadar pil ömrü vardır,
- ✓ Uygun şarj aparatı DC9.6V, 2000mAh