İNFÜZYON POMPASI

Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası/ Modeli	WIT-601A	**Adı Soyadı**	Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Demirbaş Sicil No	253.3.5/23/3978	**Telefon**	0 (378) 223 53 74
Cihaz Durumu/ Adedi	Aktif/ 1	**e-posta**	mkirsan@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi /Simülasyon Laboratuvarı		

Cihaza Ait Resimler



Teknik Özellikler

- ✓ Açık sistem tüm universal setlerle kullanılabillir.
  değerleri kolay ayarlanabilen digital klavye ve güvenli menü işlemi mevcuttur.
- ✓ İnfüzyon modları: hız modu; damlama modu; zaman modu; sıralı programlama modu; kilo /doz modu bulunmaktadır.
- ✓ Standart sapma hatta değerleri: maksimum ± 5%, akış hızı: 0,1~1200ml/saat (20 d/ml ıv set) / 1~150ml/saat(60 d/ml ıv set) aralığındadır.
- ✓ Hava kabarcığı, kapı açık, tamamlandı, durduruldu, zaman aşımı, boş, sızıntı, pil zarar görmüş, motor kontrol, tanımlanmamış infüzyon seti, damla sensörü hatası, ısıtıcı hatası, üst yol tıkanıklık, alt yol tıkanıklık, baglantı hatasını içeren alarm bulunmaktadır.
- ✓ Yetkisiz müdahaleye karşı otomatik kilit bulunmakatadır.
- ✓ Programlanabilir infüzyon ayarı bulunur.
- ✓ 100 adet ilaç tanımlanabilir.
- ✓ 7 saate kadar pil ömrü vardır,
- ✓ Uygun şaarj aparatı DC9.6V, 2000mAh