PULSE OKSİMETRE

Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası/ Modeli	FİNGERPUL	**Adı Soyadı**	Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Demirbaş Sicil No	253.3.5/22/3376 253.3.5/22/3377	**Telefon**	0 (378) 223 53 74
Cihaz Durumu/ Adedi	Aktif/ 2	**e-posta**	mkirsan@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	Sağlık Bilimleri Fakültesi /Simülasyon Laboratuvarı		

Cihaza Ait Resimler



Teknik Özellikler

- ✓ Kandaki oksijen saturasyonunu ve nabız ölçümü yapabilen dijital ölçüm cihazı özelliğine sahiptir.
- ✓ Pulse oksimetre cihazı, parmak tipindedir.
- ✓ Cihazın ekranında $Sp0_2$ ve nabız sayısı aynı anda izlenebilmektedir.
- ✓ Cihazın saturasyon ölçüm aralığı %60- %100 aralığında, ölçüm hassasiyeti ±2 özelliğine sahiptir.
- ✓ Cihazın nabız ölçüm aralığı 30-240 bpm, ölçüm hassasiyeti ±2 aralığında değişebilmektedir.
- ✓ Cihazın ekranı iki farklı yönden izlenebilir özelliğe sahiptir.
- ✓ Cihaz 2 adet AAA alkalin pil ile en az 24 saat sürekli çalışabilme özelliğini bulundurmaktadır.
- ✓ Cihaz, işlem yapılmadığı takdirde pil ömrünü koruyabilmek için, 8 saniye içinde otomatik kapanabilme özelliğine sahiptir.
- ✓ Cihaz, düşük güç tüketimine sahip ve düşük pil durumunda uyarı vermektedir.
- ✓ Cihazın ebatları 56x27x28mm(±5) özelliğine sahiptir.
- ✓ Cihaz, geniş ve kolay okunabilir renkli LED ekranına sahiptir.
- ✓ Pil değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemektedir.
- ✓ Ölçüm esnasında en fazla 5 saniyede otomatik sinyal algılayabilme özelliğine sahiptir.
- ✓ İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi vardır ve bu belgede ürünün adı ve markası belirtilmiştir.