Laboratuvarda Yer Alan Cihaz Bilgileri			
Cihaz Özellikleri		**Cihaz Sorumlusu**	
Markası / Modeli	Geri Bildirimli Bebek Temel Yaşam Desteği Eğitim Mankeni (LAERDAL)	**Adı Soyadı**	Dr. Öğr. Üyesi Necmiye ÇÖMLEKÇİ Arş. Gör. Meryem YÜCEL
Demirbaş Sicil Numarası	255.1.5/21/5161 255.1.5/21/5165	**Telefon**	0 378 501 10 00
Cihaz Durumu / Adedi	2 adet	**E-Posta**	ncomlekci@bartin.edu.tr meryemyucel@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	İlk Yardım Laboratuvarı		

Cihaza Ait Fotoğraf



Teknik Özellikleri:

- Maket özel kaliteli plastikten üretilmiş alt gövdeye sahip, bebek tam boy yapısında ve gerçekçi dokuya ve uzva, ağırlığa, göğüs derisi ve yüze sahiptir.
- Maket hem CPR eğitim kalitesini hem sınıf eğitim verimliliğini hem de öğrencilerin kendisini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapıda ve özelliktedir.
- Makette suni solunum esnasında göğüs yükselmesi gözlemlenebilmektedir.
- Makette kaliteli bir CPR için burun kapama, baş eğme yapılabilmektedir.
- Makette anatomik olarak doğru oral ve nazal pasajlar yapılabilmektedir.
- Makette havayolu tıkanıklığı (heimlich manevrası) uygulaması yapılabilmekte, başarı sağlandığında bebek ağlama sesi ile geri bildirim verilmektedir.
- Makette taşınabilir CPR becerilerini ölçme değerlendirme geribildirim cihazı bulunmakta ve bu cihaz ile;
- Gerçek Zamanlı Geribildirim: Havalandırma ölçümü ve geri bildirimi, Göğüs kompresyonları ölçümü ve geri bildirimi, Sıkıştırma ölçümü ve geri bildirimi, Havalandırma hacmi; Özet Geribildirim: Sıkıştırma puan %, Havalandırma puanı %, CPR süresi mm. ss verilmektedir.
- Maketle birlikte üst eşofman ve yedek akciğer, 6 temizleme mendili, CPR ölçme değerlendirme cihazı, uzatma kablosu, USB kablosu, pil, orijinal kullanım kılavuzu ve taşıma çantası bulunmaktadır.