

Laboratuvarda Yer Alan Cihaz Bilgileri			
Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası / Modeli	Geri Bildirimli Bebek Temel Yaşam Desteği Eğitim Mankeni (LAERDAL)	Adı Soyadı	Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALTINTAŞ
Demirbaş Sicil Numarası	255.1.5/21/5161 255.1.5/21/5165	Telefon	0533 471 64 18
Cihaz Durumu / Adedi	2 adet	E-Posta	<a href="mailto:sibelaltintas@bartin.edu.tr">sibelaltintas@bartin.edu.tr</a>
Bulunduğu Laboratuvar	İlk Yardım Laboratuvarı		

Cihaza Ait Fotoğraf



#### Teknik Özellikleri:

- Maket özel kaliteli plastikten üretilmiş alt gövdeye sahip, bebek tam boy yapısında ve gerçekçi dokuya ve uzağa, ağırlığa, göğüs derisi ve yüze sahiptir.
- Maket hem CPR eğitim kalitesini, hem sınıf eğitim verimliliğini hem de öğrencilerin kendisini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapıda ve özelliktedir.
- Makette suni solunum esnasında göğüs yükselmesi gözlemlenebilmektedir.
- Makette kaliteli bir CPR için burun kapama, baş eğme yapılabilir.
- Makette anatomik olarak doğru oral ve nazal pasajlar yapılabilir.
- Makette havayolu tıkanıklığı (heimlich manevrası) uygulaması yapılabilir, başarı sağlandığında bebek ağlama sesi ile geri bildirim verilmektedir.
- Makette taşınabilir CPR becerilerini ölçme değerlendirme geribildirim cihazı bulunmakta ve bu cihaz ile;
- Gerçek Zamanlı Geribildirim:
- Havalandırma ölçümü ve geri bildirim
- Göğüs kompresyonları ölçümü ve geri bildirim
- Sıkıştırma ölçümü ve geri bildirim
- Havalandırma hacmi
- Özet Geribildirim:
- Sıkıştırma puan %,
- Havalandırma puanı %
- CPR süresi mm.ss. verilmektedir.
- Maketle birlikte üst eşofman ve yedek akciğer, 6 temizleme mendili, CPR ölçme değerlendirme cihazı, uzatma kablosu, USB kablosu, pil, orijinal kullanım kılavuzu ve taşıma çantası bulunmaktadır.

