

Laboratuvarda Yer Alan Cihaz Bilgileri			
Cihaz Özellikleri		Cihaz Sorumlusu	
Markası / Modeli	Tam Boy Geri Bildirimli Çocuk Temel Yaşam Desteği Eğitim Mankeni (GENERAL DOCTOR)	Adı Soyadı	Dr. Öğr. Üyesi Sibel ALTINTAŞ
Demirbaş Sicil Numarası	255.1.5/22/7576	Telefon	0533 471 64 18
Cihaz Durumu / Adedi	1 adet	E-Posta	<a href="mailto:sibelaltintas@bartin.edu.tr">sibelaltintas@bartin.edu.tr</a>
Bulunduğu Laboratuvar	İlk Yardım Laboratuvarı		

#### Cihaza Ait Fotoğraf



#### Teknik Özellikleri:

- Maket özel kaliteli plastikten üretilmiş alt gövdeye sahip, 5 yaş ( $\pm 2$ ) tam boy yapısında ve gerçekçi dokuya ve uzva, ağırlığa, göğüs derisi ve yüze sahiptir.
- Maket hem CPR eğitim kalitesini, hem sınıf eğitim verimliliğini hem de öğrencilerin kendisini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapıda ve özelliktedir.
- Makette suni solunum esnasında göğüs yükselmesi gözlemlenebilmektedir.
- Makette kaliteli bir CPR için burun kapama, baş eğme hareketleri yapılabilmektedir.
- Makette anatomik olarak doğru oral ve nazal pasajlar bulunmaktadır.
- Makette havayolu tıkanıklığı (heimlich manevrası) uygulaması yapılabilmekte, başarı sağlandığında geri bildirim vermektedir.
- Makette taşınabilir CPR becerilerini ölçme değerlendirme geribildirim cihazı bulunmatadır.
- Bu cihaz ile;
  - o Gerçek zamanlı geribildirim
  - o Havalandırma ölçümü ve geri bildirim
  - o Göğüs kompresyonları ölçümü ve geri bildirim
  - o Sıkıştırma ölçümü ve geri bildirim
  - o Havalandırma hacmi

- Özet Geribildirim:
  - Sıkıştırma puan %
  - Havalandırma puanı %
  - CPR süresi mm.ss. verilmektedir.
- Makete ait üst eşofman ve yedek akciğerler, CPR ölçme değerlendirme cihazı, uzatma kablosu, USB kablosu, pil, orijinal kullanım kılavuzu ve taşıma çantası bulunmaktadır.