Laboratuvarda Yer Alan Cihaz Bilgileri			
Cihaz Özellikleri		**Cihaz Sorumlusu**	
Markası / Modeli	VZN Portegü (TIPKİMSAN)	**Adı Soyadı**	Dr. Öğr. Üyesi Necmiye ÇÖMLEKÇİ Arş. Gör. Meryem YÜCEL
Demirbaş Sicil Numarası	253.3.5/22/3313	**Telefon**	0 378 501 10 00
Cihaz Durumu / Adedi	1 adet	**E-Posta**	ncomlekci@bartin.edu.tr meryemyucel@bartin.edu.tr
Bulunduğu Laboratuvar	İlk Yardım Laboratuvarı		

Cihaza Ait Fotoğraf



Teknik Özellikleri:

- Paslanmaz malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
- Portegü tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmekte ve tam kapatıldıklarında ağızları birbirine aralıksız oturmaktadır.
- Bacaklarına kuvvet uygulandığında rahatça hareket edip esneyebilecek ve bırakıldığında ilk pozisyonuna rahatça gelebilecek şekilde elastik yapıya sahiptir.
- Kesici kısımları hariç keskin kenar bulunmamaktadır.
- Cerrahi aletin ağız kısmında birleşme yerlerinde ve gövdesinde hiçbir şekilde çapak, boşluk vs. yoktur.
- Her türlü sterilizasyon şartlarına uygun üretilmiştir.
- Boyutu 14 cm ± 2 cm dir.