

## MUAYENE LAMBASI

Cihaz Özellikleri		Cihaz sorumlusu	
Markası/ modeli		Adı Soyadı	Öğr. Gör. Feyzan GARİP Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Demirbaş sicil no		Telefon	(378) 223 53 89-90
Cihaz durumu/ adedi	1	e-posta	<a href="mailto:fgarip@bartin.edu.tr">fgarip@bartin.edu.tr</a> <a href="mailto:mkirsan@bartin.edu.tr">mkirsan@bartin.edu.tr</a>
Bulunduğu Laboratuvar	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı		

### Cihaza Ait Resimler



### Teknik Özellikler

1. Yüksekliği 100 cm ile 180 cm arasında ayarlanabilmektedir.
2. Eni en fazla 50 ( $\pm 5$ ) cm, boyu en fazla 50 ( $\pm 5$ ) cm'dir.
3. Ağırlığı en fazla 3 kg'dır.
4. Gövdesi ve ayakları antibakteriyel elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
5. Başlığı spirallidir.
6. Üst kısmı ile gövde kısmı vida aparatı ile sabitlenebilmektedir.
7. 220 V en az 5W led ampullüdür ve normal şehir elektriği ile çalışabilmektedir.
8. En az dört profil ayaklıdır ve ABS antistatik en az ikisi frenli en az 4 adet tekerlekli vardır.
9. Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı vardır.
10. Üst boru kromaj kaplamalıdır.