

## NEBULİZATÖR

Cihaz Özellikleri		Cihaz sorumlusu	
Markası/ modeli	Mesilife	Adı Soyadı	Öğr. Gör. Feyzan GARİP Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Demirbaş sicil no	253.3.5/20/4770	Telefon	(378) 223 53 89-90
Cihaz durumu/ adedi	1	e-posta	<a href="mailto:fgarip@bartin.edu.tr">fgarip@bartin.edu.tr</a> <a href="mailto:mkirsan@bartin.edu.tr">mkirsan@bartin.edu.tr</a>
Bulunduğu Laboratuvar	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı		

### Cihaza Ait Resimler



### Teknik Özellikler

1. Cihaz hem ev hem de klinik kullanım için tasarlanmıştır.
2. Cihazın piston tipi kompresörü vardır.
3. Cihaz şehir şebekesi ile çalışabilir.
4. Cihazın maksimum kompresör basıncı 3 bardan azdır.
5. Cihaz taşınabilir, pratik ve her ortamda kullanılabilir.
6. Cihaz çocuk ve yetişkin hastalara uygundur.
7. Cihaz rahatsızlık vermeyecek kadar gürültüsüz çalışmaktadır ve cihazın ses seviyesi 60 desibelden azdır.
8. Cihazın ilaç nebulizasyonu iyidir, partikül çapı 4 mikron ( $\pm 2$ ), ilaç total çıkışı en az 0,2 litre/dakikadır.
9. Cihazın ölçüleri en fazla 300x185x110 mm'dir.
10. Cihazın ağırlığı en fazla 2 kg'dur.
11. Cihazın çalışma basıncı en fazla 1.1 bar'dır.
12. Cihazda 5 mikrondan düşük partiküller % 60'dan az orandadır.