

## OTOSKOP/OFTALMOSKOP

Cihaz Özellikleri		Cihaz sorumlusu	
Markası/ modeli	Honsun	Adı Soyadı	Öğr. Gör. Feyzan GARİP Öğr. Gör. Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI
Demirbaş sicil no	253.3.5/20/2884	Telefon	(378) 223 53 89-90
Cihaz durumu/ adedi	2	e-posta	<a href="mailto:fgarip@bartin.edu.tr">fgarip@bartin.edu.tr</a> <a href="mailto:mkirsan@bartin.edu.tr">mkirsan@bartin.edu.tr</a>
Bulunduğu Laboratuvar	Hemşirelik Beceri Laboratuvarı		

### Cihaza Ait Resimler



### Teknik Özellikler

1. Yetişkin ve pediatrik kullanıma uygundur.
2. Otoskop gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS malzemeden üretilmiştir.
3. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir.
4. Otoskop gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS malzemeden üretilmiştir.
5. Işık en az 18.5 lümen ve en az 3 kez büyütme yapan merceği vardır.
6. Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içindedir ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklıdır.
7. Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamaktadır.
8. Otoskop portatif taşınabilir ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapatılır.
9. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki anahtardan aşağı – yukarı hareketiyle yapılabilmektedir.
10. Cihaz AA Alkalın pil ile çalışmaktadır.
11. Tek kullanımlık spekulumlar başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilir.
12. Yedek ampul vardır.
13. Cihazın 2.5 ile 2.7 volt arasında standart aydınlatması vardır.